

Was die Anwendung dieses Apparates betrifft, so habe ich damit in mehr als 300 Fällen die Gegenrollung der Augen bei seitlicher Kopfneigung<sup>1</sup> gemessen. Auch einige Fälle mit Obliquuslähmung habe ich gemessen und konnte auch dort noch objektiv eine Störung konstatieren, wo subjektiv keine Doppelbilder mehr gesehen wurden. Ich bin der Ansicht, daß eine Reihe den Ophthalmologen, Neurologen und Psychologen interessierender Fragen mit diesem Apparat einer exakten Bearbeitung unterzogen werden könnten.

---

<sup>1</sup> Untersuchungen über die vom Ohrlabyrinth ausgelöste Gegenrollung der Augen bei Normalhörenden, Ohrenkranken und Taubstummen. *Archiv f. Ohrenheilkunde* 68. 1906.

---